

山西省肿瘤医院公开招标山西省肿瘤医院病理科基因分析仪的更正公告

来源：山西福瑞康招标代理有限公司

发布时间：2026-10-10

浏览次数：4

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：1499002026AGK03056

原公告的采购项目名称：山西省肿瘤医院病理科基因分析仪

首次公告日期：2026年09月21日

二、更正信息

更正事项：更正采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	提交投标文件截止时间、开标时间	提交投标文件截止时间：2026年10月12日 09:30（北京时间） 开标时间：2026年10月12日 09:30	提交投标文件截止时间：2026年10月26日 09:30（北京时间） 开标时间：2026年10月26日 09:30
2	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	★（1）原理：采用双脱氧末端终止法测序技术，检测通道：≥24通道毛细管系统。	▲（1）原理：采用双脱氧末端终止法测序技术，检测通道：≥24通道毛细管系统。
3	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	▲（5）检测通量和测序读长：测序检测平均用时可达到≤30min，24小时可检测≥1100个样本；片段分析平均一次电泳运行时间可达到≤26min，24小时可检测≥1200个样本；测序读长可达到≥1000bp。	▲（5）测序通量和读长：测序检测平均用时可达到≤30min，24小时可检测≥1000个样本；读长可达到≥1000bp。
4	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	（6）片段分析精度：可达≤0.15 bp。	▲（6）片段分析通量和精度：片段分析平均一次电泳运行时间可达到≤30min，24小时可检测≥1000个样本；分析精度可达≤0.15 bp。
5	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	★（7）支持耗材：仪器可适用多种耗材，包括但不限于标准8联管、快速8联管、标准96孔板、快速96孔板和384孔板。	（7）支持耗材：仪器可适用多种耗材， 适配8联管或96孔板或384孔板。
6	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	★（9）应用开放：适用的临床试剂开放，可涵盖不少于20种获批III类医学检测试剂盒证书的试剂，包括但不限于非小细胞肺癌和肠癌靶向药物突变检测、微卫星不稳定性检测、免疫球蛋白基因重排检测、寡糖	★（9）应用开放：适用的临床试剂开放， 适配≥2种获批III类医学检测试剂盒证书的试剂，但需包含肿瘤靶向治疗相关基因突变检测试剂盒或微卫星不稳定性检测试剂盒或STR检测试剂盒或多重呼吸道病原体检

		链检测、乙肝耐药病原体检测等，试剂盒说明书中须明确适用机型。	测试试剂盒中的一种，试剂盒说明书中须明确适用机型，并提供试剂盒说明书。
7	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	(12) 适用电泳高分子聚合物：适用≥3种分子量的电泳高分子聚合物。	(12) 适用电泳高分子聚合物：适用≥2种分子量的电泳高分子聚合物。
8	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	▲ (14) 低频率突变检测分析软件：检测≤5%的低频率突变。	▲ (14) 突变检测分析软件：检测≤5%的基因突变。
9	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	▲ (15) 数据管理：软件提供无线射频识别技术追踪试剂耗材使用数据并记录管理信息,可以展示消耗品和毛细管的使用信息。	▲ (15) 数据管理：具有耗材智能识别功能，可实时自动识别和记录耗材批次、效期、实时消耗情况等数据。
10	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	(17) 软件可提供安全性、核查和电子签名等特征	(17) 软件需具备数据安全管控、审计追踪和电子签名的功能，符合国内外对计算机数据管理的法规要求，以用于临床数据的安全管理、审计追踪管理和电子签名归档管理。
11	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	▲ (18) 微生物快速鉴定溯源专用软件及数据库：支持微生物快速鉴定溯源软件及数据库，具有≥ 11,000 个微生物序列的经验证文库，包括经验证的细菌和真菌数据库，其中细菌序列数据库≥2000个条目，真菌数据库≥1100个条目。	▲ (18) 微生物鉴定功能：支持微生物快速鉴定溯源，具备≥500细菌和真菌鉴定功能，具备相应软件和数据库。
12	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	(19) 测序引物设计软件：支持甲基化测序引物设计软件，可预测CpG岛、模拟亚硫酸氢盐修饰、注释转录起始碱基和翻译起始密码子。	删除该条参数
13	招标文件第四部分 商务、技术要求 三、技术要求	(20) 配置要求：(1)基因分析仪主机1台；(2)基础序列分析软件服务器1台;(3)基础数据质量分析软件1套;(4)片段分析分析软件 1套；（5）低频率突变检测分析软件1套；（6）测序引物设计软件 1套。	(19) 配置要求：(1)基因分析仪主机1台；(2)基础序列分析软件服务器1台;(3)基础数据质量分析软件1套;(4)片段分析分析软件 1套；（5）突变检测分析软件1套。
14	招标文件第三部分评标标准和评标方法 二、评标方法	售后服务方案 根据投标人提供的（1）售后服务响应机制、（2）售后服务技术人员配备情况、（3）针对本项目的维护保养计划、（4）技术支持能力、（5）日	售后服务方案 根据投标人提供的（1）售后服务响应机制、（2）售后服务技术人员配备情况、（3）针对本项目的维护保养计划、（4）技术支持能力、（5）日

		常巡检及维保档案记录方案等内容描述进行评审。 上述5项内容全部满足实际需求得10分，每有一项内容缺失扣2分，每项内容中每有 1 处存在内容缺陷（缺陷是指内容不合理或前后不一致、虽有内容但不完善、表述前后逻辑错误、引用和执行的标准和规范错误、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形）扣 0.5 分，扣完为止，无相关内容不得分。	常巡检及维保档案记录方案等内容描述进行评审。 上述5项内容全部满足实际需求得5分，每有一项内容缺失扣1分，每项内容中每有 1 处存在内容缺陷（缺陷是指内容不合理或前后不一致、虽有内容但不完善、表述前后逻辑错误、引用和执行的标准和规范错误、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形）扣 0.5 分，扣完为止，无相关内容不得分。
15	招标文件第三部分评标标准和评标方法 二、评标方法	投标产品技术指标 满足招标文件要求的全部技术指标得34分，技术参数中每有一项重要技术性能指标(标记“▲”号) 负偏离扣5分，技术参数中每有一项普通技术性能指标负偏离扣1分，扣完为止。 注：评审时应充分考虑投标人提供所报产品的详细技术指标，参考其相关证明材料（如投标产品检测报告；产品技术白皮书或产品手册或产品说明书等）。	投标产品技术指标 满足招标文件要求的全部技术指标得39分，技术参数中每有一项重要技术性能指标(标记“▲”号) 负偏离扣5分，技术参数中每有一项普通技术性能指标负偏离扣1分，扣完为止。 注：评审时应充分考虑投标人提供所报产品的详细技术指标，参考其相关证明材料（如投标产品检测报告；产品技术白皮书或产品手册或产品说明书等）。

更正日期：2026年10月10日

三、其他补充事宜

无

四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：山西省肿瘤医院

地 址：太原市杏花岭区职工新村3号

联系方式：0351-4651002

2.采购代理机构信息

名 称：山西福瑞康招标代理有限公司

地 址：山西省太原市万柏林区南内环桥西柏林国际商务中心710室

联系方式：0351-2334277

3.项目联系人

项目联系人：潘晓辉、仪潇潇、郭妙杰

